

Grojec, dnia 14.09.2020 r.

Dotyczy: Podnośnik dla pacjentów – zgodnie z opisem zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści wagę urządzenia wynoszącą 45 kg, co nieznacznie różni się od wymaganych parametrów.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający dopuszcza wagę urządzenia wynoszącą 45 kg.

**DYREKTOR**  
Powiatowych Zakładów  
Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu

*lek. med. Maria Wilgus*