

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na „**dostawę środków dezynfekcyjnych i środków czystości**”.

Pytanie nr 1:

W związku z prawdopodobnym już niebawem zakończeniem okresu ochrony gwarancyjnej myjni-dezynfektora firmy MEIKO model KD 20.2 prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty w zakresie pakietu nr II na dostawę w pełni profesjonalnego środka płucząco-odkamieniającego, który zawiera w składzie równoważne do środka Doyen SK 22 E składniki chemiczne i charakteryzuje się identycznymi parametrami fizyko-chemicznymi, a także jest rekomendowany przez producenta do bezpiecznego i skutecznego użycia we wszystkich myjniach-dezynfektorach firmy MEIKO. Oferowany preparat także nie zawiera fosforanów i fosfonianów oraz spełnia wszystkie podane w opisie wymagania przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza proponowany produkt.