

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na „**dostawę środków dezynfekcyjnych i środków czystości**”.

Pytanie nr 1:

W pakiecie nr I poz. 10 występują paski testowe do oceny aktywności roztworu roboczego preparatu z poz. 9 do mycia i dezynfekcji narzędzi.

Zamierzamy zaoferować sporobójczy preparat myjąco-dezynfekcyjny zachowujący pełnię skuteczności mikrobójczej przez 14 dni, niewymagający sprawdzania aktywności roztworu roboczego i jednocześnie nieposiadający też pasków testowych dla niego dedykowanych przez producenta; preparat NIE jest zapachowo uciążliwy.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany preparat myjąco-dezynfekcyjny do narzędzi.