

Grojec 21.11.2019

**Dotyczy: zapytania na dostawę artykułów medycznych i opatrunkowych.**  
**Znak sprawy: PZOL.LPP.262.51.2019**

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający wymaga myjki zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej, dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta?

Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwięzana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się?

Optymalną gramaturą myjki do jej prawidłowego użytkowania i komfortu, zarówno pacjenta jak i osoby wykonującej zabieg mycia jest gramatura 70 g/m<sup>2</sup> lub więcej. Rękawica taka jest też bardziej wytrzymała. W związku z tym, czy Zamawiający wymaga myjki wykonanej z obu stron z włókniny o gramaturze minimum 70g/m<sup>2</sup> (czyli łącznie 140 g)?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

DYREKTOR  
Powiatowych Zakładów  
Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu  
*Wp. D. Wilgus*  
lek. med. Maria Wilgus