

Grojec, dnia 07.05.2019 r.

Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia o zamówieniu na dostawę 2 szt. Maceratorów do utylizacji zużytych pieluch jednorazowych.

Znak sprawy: PZOL/SPE/262/9/2019

**1 Prosimy o dopuszczenie urządzenie posiadające deklarację zgodności producenta CE wystawioną przez producenta. Maceratory nie są urządzeniami medycznymi i nie podlegają pod jednostki nostryfikowane.**

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza deklarację zgodności producenta CE wystawioną przez producenta.

**2. Prosimy o dopuszczenie urządzenia o pojemności 2 dużych pieluch. Na świecie nie istnieją urządzenia do maceracji pieluch o pojemności 3 dużych pieluch na cykl.**

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o pojemności 2 dużych pieluch na cykl.

**3. Prosimy o zmianę terminu realizacji umowy na 4 tyg od daty podpisania umowy, maceratory są urządzeniami robionymi na zamówienie przez co czas dostawy jest dłuższy.**

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin realizacji umowy na 20 dni roboczych od daty podpisania umowy.

DYREKTOR  
Powiatowych Zakładów  
Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu

lek. med. *Maria Wilgus*