

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-MACERATOR DO PIELUCH- 2 SZT

Macerator przeznaczony do utylizacji pieluch i pieluchomajtek.

Wymagane parametry:

- Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2018/2019
- Automatem przebieg procesu.
- Automatem otwieranie i zamykanie drzwi
- Zabezpieczenie włączenia – czujnik zamknięcia pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania odpływu- zadziałanie któregośkolwiek z tych czujników uniemożliwia włączenie urządzenia
- automatyczna dezynfekcja i dezodoryzacja komory po każdym cyklu
- Górna pokrywa wykonana z tworzywa z wbudowanym systemem antybakteryjnym
- Obudowa : konstrukcja ze stali nierdzewnej z frontem i górną pokrywą wykonaną z wysokiej jakości tworzywa
- bęben wraz z nożami tnącymi w całości wykonany ze stali nierdzewnej
- system noży i bloków tnących dokładnie rozdrabniających pieluchy w sposób zapobiegający zapychaniu się odpływu
- pojemność: min. 2 duże pieluchy na cykl
- Czas jednego cyklu maceratora max. 2 minuty
- Zużycie wody na jeden cykl : max 30 litrów
- Moc silnika: min. 2 000 W.
- Moc pompy wody: min. 300 W.
- Napięcie zasilania: 230-415V – 50-60 Hz
- Wymiary zewnętrzne urządzenia wolnostojącego :–szerokość urządzenia nie większa niż 60 cm,–głębokość urządzenia nie większa niż 50 cm– wysokość urządzenia nie większa niż 120 cm
- Średnica przyłączy wodnych 1/2”
- Odpływ kanalizacyjny dla urządzenia z możliwością wariantowej lokalizacji : w podłodze lub ścianie 50-100 mm
- Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji (certyfikat) CE wystawiony przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (dołączyć do dokumentacji)
- Do dokumentacji załączyć dokumentację zawierającą szczegółowe rysunki instalacyjne umożliwiające wykonanie przyłączy instalacyjnych branży sanitarnej, elektrycznej i

budowlanej

- Dostawa, montaż, uruchomienie - maksymalnie do 20 dni roboczych od daty podpisania umowy
- Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie),
- Szkolenie personelu Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (ok. 20 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) oraz Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.)
- Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt min 24 miesiące
- Gwarancja min. 10-letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów
- Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.
- Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych
- Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy
- Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 4 dni robocze

Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym urządzeniu lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską)

- Przeglądy okresowe wykonywane co najmniej raz do roku w czasie gwarancji i po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji urządzenia

h