

**Dotyczy: PZOL.LPP.262.42.2018, Pakiet nr 2, pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części.

Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym poliestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia.

Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwi wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby asortyment spełniał wymogi określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 15 z Pakietu nr 2 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 26 z Pakietu nr 2 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.**

**DYREKTOR**  
Powiatowych Zakładów  
Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu  
*lek. med. Maria Wilgus*